

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-5



設備名稱	Surge Tester V	廠牌/型號	西安交大
測試範圍	2mS : 75A~3kA		
依據標準/測試方法			
GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 - 条款 8.4 长持续时间电流冲击耐受试验			
每种长持续时间电流冲击试验由18次放电动作组成，共分为6组，每组3次，2次动作间隔时间为50 s-60 s,2组之间的间隔时间应使试品冷却到接近环境温度。在长持续时间电流冲击试验后且试品冷却到接近环境温度时，要重复进行长持续时间电流冲击试验前的残压试验，并与试验前残压值比较，该值变化应不超过5%。			
试验后检查试品，电阻片不应有任何击穿、闪络、破碎或者明显损坏的痕迹。			
IEC61051-2 电子设备用压敏电阻器 - 条款4.5 脉冲电流			
单方向冲击10次，每次间隔2分钟			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮

表格編號: LK-FOR-0602H/0