

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-9



設備名稱	SPD 多參數測試儀	廠牌/型號	西安交大
測試範圍	1. 8/20: 1- 60kA 四路冲击 2. 击穿电压测试: DC 3kV 3. 压敏电阻直流参考电压测试: DC 最高输出电压 3kV 4. 交流耐压测试: AC 1000V		
依據標準/測試方法			
依照客户要求，可以对 SPD 成品进行全检。			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮