

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-20



設備名稱	絕緣耐壓	廠牌/型號	華儀 7122 型
測試範圍	最大輸出： AC: 5KV/12mA 50 或 60Hz DC:6KV/5mA		
依據標準/測試方法			
1.UL1449-2006:測試電壓為 1000V+2Uc(Uc<600V),2000V+2.25Uc(600V<Uc), 60Hz, 時間 1min, 測試點: 引線與塗層之間。			
2.VDE(PM347E):測試電壓為 2500V,時間 1min, 測試點: 引線與塗層之間。			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮

表格編號: LK-FOR-0602H/0