

隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

實驗室測試儀器

編頁號碼：lab-21



設備名稱	工頻、直流加速老化試驗	廠牌/型號	泰達 LYZ-0-216 精密烤箱；鵬圖 WYJ 直流電源；天正接觸式可調變壓器；金三科調壓器 + 變壓器
測試範圍	溫度:室溫~300℃，時間：0~1000h，AC 電壓：0~420V AC 電壓：0~1000V，DC 電壓：0~1000V		
依據標準/測試方法			
施加溫度 85℃，最大工作電壓(交流或直流)，時間 1000h,進行加速老化試驗。			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮