

# 隆科電子 (惠陽)有限公司 LONG KE LTD.

## 實驗室測試儀器

編頁號碼 : lab-22



設備名稱	恒溫恒濕	廠牌/型號	精鑫
測試範圍	溫度: -40~200℃, 濕度: 0~100%		
依據標準/測試方法			
IEC68-2-3 穩態濕熱			
試驗溫度: 試驗櫃中溫度應控制在 40±2℃範圍內。			
相對濕度: 試驗櫃中濕度應控制在 93(+2/-3)% R.H.範圍內。			
駐留時間: 駐留時間可選擇 4 天, 10 天, 21 天或 56 天			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮

表格編號: LK-FOR-0602H/0