



設備名稱	維氏硬度計	廠牌/型號	華銀
測試範圍	硬度: 5-3000HV 試驗力: 0.09807、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.903、9.8 (N)		
依據標準/測試方法			
試驗過程自動化，操作簡單，無人為操作誤差； 可選配努氏壓頭進行努氏硬度試驗； 可選配 CCD 攝像裝置及圖像處理系統； 精度符合 GB/T4340.2, ISO6507-2 和美國 ASTM E384。			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮